

Экспертное заключение

Омаров Евгений Юрьевич - заведующий урологическим отделением КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау », врач первой категории .

После изучения, представленных потенциальными поставщиками документаций, и других документов в соответствии с техническими характеристиками оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками были сделаны следующие выводы.

Наименование: по лоту № 3 Стол операционный с принадлежностями

На тендер представлен :

1) **ТОО « Ab.Suleiman »** - операционный стол TRDT-13CM с принадлежностями
PK – МИ (MT) - 0№024218

Производитель Triup International Corporation , Китай

Дата регистрации: 11.05.2022 г.

Дата истечения регистрации: бессрочно .

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинского оборудования , представленный ТОО « Ab.Suleiman » , по техническим характеристикам соответствует заявленной технической спецификации.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

2) **ТОО « VICTRIX »** - операционный стол серии SU, модель SU-03 с принадлежностями

PK – МИ (MT) - 0№024740

Производитель FAMED – Zywiec Sp.z o. o, Польша

Дата регистрации: 28.06.2022 г.

Дата истечения регистрации: бессрочно .

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинского оборудования , представленный ТОО « VICTRIX » , по техническим характеристикам соответствует заявленной технической спецификации.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

Заведующий урологическим отделением

КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау »


Омаров Е.Ю.

Экспертное заключение

Гоцадзе Вахтанг Бадриевич - заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау », врач высшей категории .

После изучения, представленных потенциальными поставщиками документаций, и других документов в соответствии с техническими характеристиками оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками были сделаны следующие выводы.

Наименование: по лоту № 1 Кровать медицинская функциональная с принадлежностями (реанимационная)

На тендер представлены :

1) ТОО «INTERMED COMPANY » - кровать медицинская многофункциональная электрическая в вариантах исполнения PIONER 4.2 CARE

РК - МИ (МТ) - 0№025422

Производитель MEYSA TIBBI CIHAZLAR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция

Дата регистрации: 13.10.2022 г.

Дата истечения регистрации: бессрочно .

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинского оборудования , представленная ТОО «INTERMED COMPANY » техническая спецификация на кровать медицинскую многофункциональную электрическую в вариантах исполнения PIONER 4.2 CARE , по техническим характеристикам соответствует заявленной технической спецификации.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

2) ТОО « Рентал МедСервис » - кровать медицинская многофункциональная электрическая в вариантах исполнения PIONER 4.2 CARE

РК - МИ (МТ) - 0№025422

Производитель MEYSA TIBBI CIHAZLAR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция

Дата регистрации: 13.10.2022 г.

Дата истечения регистрации: бессрочно .

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинского оборудования , представленная ТОО « Рентал МедСервис » техническая спецификация на кровать медицинскую многофункциональную электрическую в вариантах исполнения PIONER 4.2 CARE , по техническим характеристикам соответствует заявленной технической спецификации.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

3) ТОО « ОСТ-ФАРМ » - кровать пациента с электрическим приводом NITRO HB 8140

РК - МИ (МТ) - 5№020644

Производитель : GOKLER MOBILY A MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI , Турция

Дата регистрации: 18.06.2020 г.

Дата истечения регистрации: 18.06.2025 г.

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинского оборудования , представленная ТОО « ОСТ-ФАРМ » техническая спецификация на кровать пациента с электрическим приводом NITRO HB 8140 , по техническим характеристикам соответствует заявленной технической спецификации.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

Наименование: по лоту № 2 Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии

1) ТОО « ОСТ-ФАРМ » - аппарат подогрева крови , кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии « Амфир -1»

РК - МИ (МТ) - №007403

Производитель : ОДО « Тахат Акси » , Республика Беларусь

Дата регистрации: 25.01.2022 г.

Дата истечения регистрации: бессрочно

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинского оборудования , представленная ТОО « ОСТ-ФАРМ » техническая спецификация на аппарат подогрева крови , кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии « Амфир -1» , по техническим характеристикам соответствует заявленной технической спецификации.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии

КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау »


Гоцадзе В.Б.